

GENAUIGKEITSZERTIFIKAT ACCURACY CERTIFICATE



1/ VERWEISUNG AUF NORMEN / REFERENCE

§1 ist gültig für die Geräte nur in Bar eingeteilt / §1 is available for BAR only graduated gauges.

- EG-Richtlinie 86/217/EWG / European Directive 86/217/EEC
- Dekret 88/78 / Decree 88/78
- AFNOR-Norm R63-302 / AFNOR standard R63-302

2/ GERÄTETYP / DEVICE DESCRIPTION

Handgerät, Reifenfüllmesser / Hand-held pressure gauge, inflating pistol :

MASTAIR-MAESTRO

3/ EG-BAUMUSTERPRÜFUNG / EEC MODEL APPROVAL

Der diesem Zertifikat zugrundeliegende Manometer ist konform mit dem Französischen LNE staatlich zugelassenen Modell.
The pressure gauge cited in this certificate complies with the model approved by the French LNE.

4/ GENAUIGKEITSPRÜFUNG / ACCURACY CERTIFICATE

REFERENZDRUCK MASTAIR Reference pressure	1	3	6	9	11,6
REFERENZDRUCK MAESTRO Reference pressure	1	2	3	4	5,6
AUF DEM GERÄT ABGELESENER DRUCK Pressure displayed on device	1,04	3,01	6,00	9,07	11,72
TOLERANZEN NACH NFR 63-302 Maximum allowable tolerance as per NFR 63-302	$\pm 0,08$ bar bis einschließlich 4 bar / ± 0.08 bar up to and including 4 bar $\pm 0,16$ bar von 4 bis einschließlich 10 bar / ± 0.16 bar between 4 and 10 bar, inclusive $\pm 0,25$ bar / über 10 bar / ± 0.25 bar greater than 10 bar				

Dieses Zertifikat garantiert die Ausgangsgenauigkeit des Gerätes bei Verlassen des Werkes. Es wird empfohlen, die in Gebrauch befindlichen Geräte regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr oder sobald eine Fehlfunktion festgestellt wurde) zu prüfen. / This certificate guarantees the accuracy of gauges when leaving the factory. It is advisable to check the operational gauges from time to time (at least once a year or when a malfunction occurs).

5/ SERIENNUMMER DES GERÄTES / SERIAL NUMBER

071000342

Datum (date) :

22/03/2010

Kontrollstelle :

Control position :

A8M07

Prüfer Identifizierung :

Inspector's Number :

2265

